

ihale konusu hizmetin bütünü için aylık teklif verilmesinin istenildiği hizmetin her bir parçası için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmediği hk

İdari Şartname'nin "İhale konusu işe ilişkin bilgiler" başlıklı 2'nci maddesinde "2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Radyoterapi Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

12 Ay Süreli Radyoterapi Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır." düzenlemesi,

Aynı Şartname'nin "Teklif fiyata dahil olan giderler" başlıklı 25'nci maddesinde " 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Cihazın işletilmesi için gerekli olan her türlü dahili ve

harici teknik parçalar, cihazın periyodik veya periyodik olmayan her türlü bakımı, kalibrasyonları, tamir veya onarım için gerekli olan tüm yedek parçalar, ve teknik şartnamede belirlenen diğer giderler teklif fiyata dahil edilecektir. İşin yürütülmesi için gerekli elektrik-su ve ısınma giderleri hastane tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dahil edilmeyecektir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’de “Genel Şartlar” başlığı altında “3.8. Yüklenici, bakım veya onarım sırasında ihtiyaç duyulan her türlü yedek parçayı (vakumlu/vakumla çalışan parçalar, tüpler, amorf kristal panel ve batarya grupları dahil)(sarf malzemeleri hariç) sözleşme kapsamında temin edip ücretsiz olarak sisteme takacaktır. Gerekiyorsa ayar ve kalibrasyonunu cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş teknik dokümanlara ve servis kılavuzlarına uygun olarak yapıp sistemi en kısa zamanda çalışır duruma getirecektir. Değişen tüm malzemeler yeni ve orijinal olacaktır. Hiçbir şekilde ikinci el veya elden geçirilmiş veya muadil yedek parça kullanılmayacaktır. Parçalar yönetimin görevlendirdiği teknik sorumlu nezaretinde kutusundan çıkarılacaktır. Kutudan çıkarılan yeni parçalar ile değiştirilmesi gereken parçalar orijinal olduğu taktirde değiştirilen parçaların eskisi sağlık tesisine ait olacaktır.

...

3.11. Sisteme yapılacak her türlü müdahale(periyodik bakım, kalibrasyon, modifikasyon, arıza giderme vb.) teknik sorumlu nezaretinde yapılacaktır. Müdahale sonrası, yüklenici tarafından en az 3 nüsha halinde teknik rapor düzenlenerek hastane idaresinin belirlediği birimlere teslim edilecektir.

...

3.17. Sisteme bağlı bilgisayarlar, yazıcılar, kameralar, tedavi odaları, kurşun korumalı kapılar, kompresör, iş istasyonları, cihaz odalarındaki klimalar, kumanda odasındaki

klimalar ve soğutma sistemi (ehiller), UPS ve voltaj düzenleyicisi bu bakım kapsamı içindedir. Tüm Dozimetrik Sistemlerin Bakım-Onarım-Kalibrasyon hizmetleri yüklenici firmaya ait olup hiçbir ücret ödenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhaleye ilişkin birim fiyat teklif cetveli ise aşağıdaki gibidir. “

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Radyoterapi Sistemleri Parça Dahil Bakım Onarım Hizmeti

ay

12

2

Teknik Destek Personel Gideri

ay

12

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

”

Söz konusu düzenlemelerden işin 12 Ay Süreli Radyoterapi Bakım Onarım ve Teknik Destek Hizmeti Alımı işi olduğu, cihazın işletilmesi için gerekli olan her türlü dahili ve harici teknik parçalar, cihazın periyodik veya periyodik olmayan her türlü bakımı, kalibrasyonları, tamir veya onarım için gerekli olan tüm yedek parçalar ve Teknik Şartnamede belirlenen diğer giderlerin teklif fiyata dahil olduğu, ayrıca tüm dozimetrik sistemlerin bakım-onarım-kalibrasyon hizmetlerinin yüklenici tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır.

İdarelerin, ihale dokümanını hazırlarken ihtiyaç konusu işin gereklerine göre düzenleme yapmakta Kanun'un temel ilkeleri çerçevesinde serbestisi bulunduğu, bu doğrultuda ihale konusu işin sadece bakım-onarım değil aynı zamanda teknik destek hizmet alımı olduğu, ihale dokümanında bakım-onarım ve teknik desteğe konu cihazların kalibrasyonun işin bir parçası olduğu göz önüne alındığında hizmetin bütünü için aylık teklif verilmesinin istenildiği, hizmetin her bir parçası için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmediği, isteklilerin kalibrasyon işlemlerine ilişkin maliyeti ilgili iş kalemlerine eklemelerine imkan bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Toplantı No : 2021/052

Gündem No : 51

Karar Tarihi : 29.12.2021

Karar No : 2021/UH.I-2387